



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 130694

Producto/Produto: BECLOMETASONA DIPROPIONA 17,21		
Sinonimia: Beclometasona dipropionato anhidra.		
Fórmula: C ₂₈ H ₃₇ ClO ₇	Peso molecular: 521,05	Identidad/Identidade: IR

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Identificación/Identificação	Conforme Test A,B,C	Test RFE/PhEur	-
Características	Conforme	RFE/PhEur	
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme Test	Test RFE/PhEur	#
Rotación/Rotação específica	109,8°	(+108°) - (+115°)	
Pérdida/Perda p/desec./secag.(3h 105°C)	0,1 %	<= 0,5 %	
RIQUEZA	100,3 %	96,0 - 102,0 %	#

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Práct. insoluble en agua, fácilmente soluble en acetona, bastante soluble en etanol 96%.

Observaciones/Observações: Caduc: 01/2017

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2013-04-30 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 01/2017

Normas utilizadas: Cumple RFE4 - PhEur7

Fabricante: F00026

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88