



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 141413

Producto/Produto: AMONIACO 12,5 %		
Sinonimia: Amoníaco 16-18 Be.Dilute ammonia solution(aprx.BP)		
Fórmula: NH3	Peso molecular: 35,05	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B,C)	Test RFE/PhEur
Características	Conforme	RFE/PhEur
Densidad/Densidade	0,952 g/ml	0,950 - 0,958 g/ml
Cloruros/Cloretos	<= 1 ppm	<= 1 ppm
Sulfatos	<= 10 ppm	<= 10 ppm
Hierro/Ferro	<= 1 ppm	<= 1 ppm
Residuo/Resíduo por evaporación/evaporação	20 mg/L	<= 20 mg/l
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	11,5 % p/p	11,0 - 14,0 % p/p

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido límpido, incoloro, muy caústico. Miscible con agua y con etanol 96%.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases herméticamente cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2014-10-01 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: O. Vilaplana

V° B° Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Caducidad: 09/2019

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88