



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 190986

Producto/Produto: EXCIPIENTE ACOFAR JARABE		
Sinonimia:		
Fórmula:	Peso molecular:	Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>	
Características	Conforme		-
Densidad/Densidade	1,309 g/ml	Aprox. 1,250 g/ml	
Índice de Refracción/Refracção	1,448	1,4464 - 1,4558	
pH	5,2	5,0 - 5,5	
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test	
Conservante: Potasio/Potássio sorbato	Contiene	Contiene	
Conservante: Metilparaben sódico	Contiene	Contiene	

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido siruposo, transparente, de color rosado y olor característico. Soluble en agua.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2019-09-25 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Bastida

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 01/09/2022

Normas utilizadas: Especificaciones ACOFARMA

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88