



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 233461

Producto/Produto: METILCELULOSA 1500
Sinonimia:
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

Descripción/Descrição	Resultados	Normas
Identificación/Identificação	Conforme(A,B,C,D,E)	Test PhEur(A,B,C,D,E)
Características	Conforme	PhEur
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur
pH	6,0	5,0 - 8,0
Metales/Metais pesados	< 20 ppm	<= 20 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	1,6 %	<= 5,0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,25 %	<= 1,5 %
Viscosidad/Viscosidade	105 % valor decl	75,0–140% valor decl
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	29,3 %	26,0 - 33,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo o gránulos blancos, blanco-amarillentos o blanco-grisáceos, higroscópicos tras desecación. Práct. insol. en agua caliente, acetona, etanol anh. y tolueno. Se disuelve en agua fría formando una disolución coloidal.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2023-10-10 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 20/12/2024

Normas utilizadas: Cumple PhEur11.2

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder. Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE