



ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A.

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD/

LABORATORIO DE ANALISES E CONTROLO DE QUALIDADE

BOLETÍN DE ANÁLISIS/BOLETÍM DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 240409

Producto/Produto: AGUA CAL
Sinonimia: Agua calcárea. Calcium hydroxide sol. Lime water.
Fórmula: Peso molecular: Identidad/Identidade:

REACCIONES/REACÇÕES DE PUREZA

<u>Descripción/Descrição</u>	<u>Resultados</u>	<u>Normas</u>
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	
Densidad/Densidade	1,002 g/ml	0,980 - 1,020 g/ml
pH	12,4	10 - 13,5
Índice de Refracción/Refracção	1,3345	1,3240 - 1,3440
Residuo/Resíduo Seco	0,54 %	<= 1,0 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido incoloro, que se vuelve turbulento al calentarlo y claro otra vez al enfriarlo. Absorbe dióxido de carbono del aire formando una película en su superficie.

Observaciones/Observações:

Reposición/Reposição: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 2024-02-28 00:00:00

Resultado: ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Vº Bº Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Caducidad: 05/11/2025

Normas utilizadas: Especificaciones de fabricante

Este boletín no va rubricado por estar procesado informáticamente, pero está validado con los originales que se encuentran en nuestro poder.
Este boletim não está rubricado por estar processado informáticamente, mas está validado com os originais que se encontram em nosso poder.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición.

(#) Valor asumido del Certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA Distribución S.A. c/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88