

Código Refacción = 1102909

GRIFOLS

MW
30/12/22

Laboratorios Grifols, S.A.
C/ Can Gualsch, 2
08150 Parets del Vallès
Barcelona - ESPAÑA
Tel [34] 935 710 100
Fax [34] 935 730 912
laboratorios@grifols.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

AGUA PARA LABORATORIO FARMACÓPEA EUROPEA, 10 L

LOTE : ET54AG ✓
LOTE INSPECCIÓN : 40001426738

FECHA FABRICACIÓN : OCT/2022
FECHA CADUCIDAD : OCT/2025 ✓

ANÁLISIS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
ASPECTO SOLUCIÓN	Correcto	Correcto
ACIDEZ O ALCALINIDAD	Pasa la prueba	Pasa la prueba
SUSTANCIAS OXIDABLES	Pasa la prueba	Pasa la prueba
CLORUROS	Pasa la prueba	Pasa la prueba
NITRATOS	<= 0,2 ppm	< 0,2 ppm
SULFATOS	Pasa la prueba	Pasa la prueba
AMONIO	<= 0,2 ppm	< 0,2 ppm
CÁLCIO Y MAGNESIO	Pasa la prueba	Pasa la prueba
RESIDUO POR EVAPORACIÓN	<= 1 mg/100 ml	1 mg/100 ml
IMPUREZAS ELEMENTALES	Cumple ICH Q3D	Cumple ICH Q3D
MICROORG.AEROBIOS VIABLES (a liberación)	<= 50 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

Parets del Vallès, 21 Octubre 2022


GRIFOLS
Laboratorios Grifols, S.A.
Enriqueta Verdés
Director Técnico de Planta